

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rio Maria
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-PA

Registro de Preços Eletrônico nº 005/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. (Especificações detalhadas no Termo de Referência).
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	25.025,0000
Valor Final:	12.500,0000
Valor Total:	12.500,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:09 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Modelo:	CSV420
Item:	0002
Descrição:	CENTRIFUGA LABORATORIAL Especificação : Com capacidade para 28 tubos 10ml/15ml, tela touch, memória para até 20 programas, 01 rotor ângulo.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.595,0000
Valor Final:	4.130,0000
Valor Total:	4.130,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:21 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	GS HOSPITALAR LTDA
Modelo:	BENFER 28 TUBOS
Item:	0003
Descrição:	CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO Especificação : Diferencial de 03 partes, 60 amostras/horas, volume da amostra de 20ul, Análise de 20 parâmetros, resultados: WBC,lym#,Mid#,Gran#,lym%,Mid%,Gran#,Gran%. RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MVP,PDW,PCT,P-LCR e P-LCC.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	34.900,0000
Valor Final:	31.900,0000
Valor Total:	31.900,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	AMARAL CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Modelo:	PE6100
Item:	0004
Descrição:	ANALISADOR POINT OFF CARE (POC) Especificação : Amplo painel de teste, consumíveis armazenados á temperatura ambiente, resultados rápidos de 3-15 minutos, amostras utilizadas, soro plasma ou sangue total, impressora térmica embutida, interfacealmente mais amigável, com conexões direta AIS/LIS, ampla tochsreen de 8 LCD, leitor de código de barra universal, opção para acessório com teclado e mause, possui controle de qualidade, armazena até 30.000 resultados, até cinco teste simuktâneos com suporte externos e timers, MENU DE EXAMES (TESTE), Marcadores cardíacos, Diabetes, Marcadores hormonais, Marcadores infecciosos/inflamatórios.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20.137,5000
Valor Final:	16.000,0000
Valor Total:	16.000,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
Modelo:	Modelo: FS-113
Item:	0005
Descrição:	AUTOCLAVE BIVOLT AUTOMÁTICO Especificação : Temperatura e pressão exibidos por leds; despressurização automática, capacidade 21 litros, teclado de controle na cor azul, tampa e câmara em aço inox; 2 bandejas em alumínio.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.870,0000
Valor Final:	2.897,9700
Valor Total:	28.979,7000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	GS HOSPITALAR LTDA
Modelo:	STERMAX 21L
Item:	0006

Descrição:	SELADORA 13MM Especificação : Largura da embalagem: 30cm controle eletrônico do tempo de selagem suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte potência 150 watts.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.160,0000
Valor Final:	261,9500
Valor Total:	2.619,5000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	GS HOSPITALAR LTDA
Modelo:	30 CM
Item:	0007
Descrição:	DESTILADOR DE AGUA ODONTOLOGICA Especificação : Clip de mental; Tampa do reservatório de água destilada; Filtro da resistência; 03 filtros de carvão ativado.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.273,8700
Valor Final:	910,0000
Valor Total:	9.100,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Modelo:	WATER CLEAN
Item:	0008
Descrição:	CADEIRA PARA USO ODONTOLÓGICO Especificação : Capacidade de levantamento, carga distribuída de 200kg, estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi; Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso; Caixa de ligação integrada apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira; Braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal; Pedal de comandos do tipo JOYSTICK com três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Cadeira Odontológica contendo: 01 - Equipó; 01 - Unidade de Água; 01 - Refletor; 01 - Mocho.
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13.527,2600
Valor Final:	9.697,0000
Valor Total:	77.576,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	MAGNUS PRIME FLEX+OPCIONAIS E ACESSORIOS
Item:	0009
Descrição:	MOCHO GIRATÓRIO Especificação : Assento plastificado e anatômico, a gás, com aro de sustentação.
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	666,6500
Valor Final:	320,0000
Valor Total:	2.560,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	MAGNUS PRATA ANATÔMICO
Item:	0010
Descrição:	PEÇA RETA DE USO ODONTOLOGICO Especificação : Com acoplamento intramatic, giro livre de 360° e spray externo compatível com todos micromotores intra. Baixo nível de ruído e vibração Spray único externo Encaixe intramatic
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	327,8000
Valor Final:	206,0000
Valor Total:	1.648,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	PRIME CX235-2A
Item:	0011
Descrição:	MICROMOTOR Especificação : Com acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Encaixe intramatic universal, fácil manuseio, permite giro de 3.600, baixo nível de ruído e vibração.
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.083,3300
Valor Final:	236,0000
Valor Total:	1.888,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	PRIME CX235-3F
Item:	0012
Descrição:	CONTRA ÂNGULO DORIOT
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	437,9000
Valor Final:	250,0000
Valor Total:	2.000,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	PRIME CX235-1F
Item:	0013
Descrição:	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 505 EXTRA TORQUE Especificação : Com cabeça de aço inoxidável e rolamentos de esferas cerâmica, em níquel químico, irrigação triplo spray, corpo liso sem arestaa, peso reduzido e equilibrado; rotação máxima de 380.000 RPM, ruído de 60 decibéis(A).
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	764,7700
Valor Final:	240,0000
Valor Total:	2.400,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	PRIME CX 207-W-2
Item:	0015
Descrição:	FOTOPOLIMERIZADOR WIRELLESS(SEM FIO)
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	955,0500
Valor Final:	547,0000
Valor Total:	5.470,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	PRIME LED
Item:	0016
Descrição:	JATO DE BICARBONATO Especificação : Com todas as peças metálicas resistentes a oxidação, tampa do depósito com visor transparente, acompanha dois visores extras, regulagem precisa do fluxo de água, acionamento através do pedal do equipo. Depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão, conectado ao terminal do equipo(encaixe borden), não necessita de instalação.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	562,5000
Valor Final:	460,0000
Valor Total:	5.520,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	JET MAGNUS
Item:	0017
Descrição:	ULTRASSOM - COM CANETA DE ULTRASSOM C/ LUZ DE LED Especificação : Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável, ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Led indicativo de funcionamento no painel 10 níveis de potência do ultrassom, tips(pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentista e Prótese, Preparação Cavitária. Acompanham o equipamento: Pontas T1,T2,e T3. Pedal de acionamento único. Led indicativo de funcionamento no painel.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.870,0000
Valor Final:	2.280,0000
Valor Total:	13.680,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	PRIME
Item:	0018
Descrição:	SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL Especificação : Com jatos de água e ar independentes e podendo ser acoplados em qualquer cadeira.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	300,0000
Valor Final:	147,0000
Valor Total:	2.205,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp
Modelo:	Seringa Tríplice
Item:	0019
Descrição:	GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) Especificação : Especificação Técnica, GRUPO GERADOR - De potencia mínima de 219/199kVA (intermitente/continua), fator de potencia 0,8 indutivo, dotado de Quadro de Comando Automático na tensão de 380/220Vca- 60 Hz; Motor diesel, 6 cilindros; Sistema de amortecedores de vibração; Sistema de governo eletrônico ou mecânico. Sistema de arrefecimento; Radiador, ventilador e bomba centrífuga; Filtros de ar tipo seco e lubrificação com elementos substituíveis Sistema elétrico: 12 ou 24 Vcc dotado de alternador para carga da bateria; Sistema de proteção por termômetro e pressostato: alta temperatura da água e baixa pressão do óleo, provocando parada no motor nos casos de superaquecimento de água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação; Sistema de pré-aquecimento; Alternador trifásico sem escovas com regulador automático de tensão; Potencia em regime continuo mínimo 199 kVA.(Demais especificações no Termo de Referência).
Quantidade:	1

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	92.000,0000
Valor Final:	123.000,0000
Valor Total:	123.000,0000
Situação:	Homologado em 12/02/2021 18:24:32 Por: Edmilson Batista Alves
Nome da Empresa:	GS HOSPITALAR LTDA
Modelo:	BRG 419

Edmilson Batista Alves
Autoridade Competente